

## Aparat do anestezji duże zwierzęta LAVC-2000-D

- Czułość: -0,5 do -5 cmH<sub>2</sub>O
- Ciśnienie wdechowe: od 5 do 65 cmH<sub>2</sub>O
- Czas wydechu: minimum 5 do maksimum 15 sekund
- Przepływ: od 0 do 450 l/min
- Ręczna kontrola cyklu za pomocą kontrolera ręcznego



Weź w leasing z ING

## KONTAKT



Agata Flakus  
Koordynator działu obsługi klienta

**Masz pyatnia?**

**Zadzwoń: 697 007 088**

e-mail: [biuro@bestomed.pl](mailto:biuro@bestomed.pl)

[sklep@bestomed.pl](mailto:sklep@bestomed.pl)

[www.bestomed.pl](http://www.bestomed.pl)

